



製品番号 KC-255-B

プレパクトフローコーン (Pロート) 連結式 ケース付き



- ・土木学会規準『プレパックドコンクリートの注入モルタルの流動性試験方法』JSCE-F521-1999適合品です。
- ・流出口から指を離してモルタルを流出させ、モルタル流が初めて途切れるまでの流下時間をストップウォッチで測定します。

今回の仕様変更は、従来品の三脚の一部分をネジで簡単に取り付け&取り外し可能に、また試験中ストップウォッチを設置できる様に架台の一部をフック型に仕様変更しました。
試験前後はコンパクトにまとまり、持ち運びも便利になりました。

関連製品 : KC-255 プレパクトフローコーン



大阪の元気!ものづくり企業



株式会社 関西機器製作所

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南 2-4-26
TEL: 06-6961-7637 / FAX: 06-6961-8062



<http://kansaikikiki-s.co.jp/>